


EJEMPLO DE UNA FICHA DE EQUIPO

	N° INVENTARIO				
	NOMBRE				
	MARCA				
	MODELO				
	NO. SERIE				
	PROVEEDOR				
FECHA DE ALTA		FECHA DE INSTALACIÓN		UBICACIÓN	
08-Julio 2014		08 Julio 2014		QUÍMICA CLÍNICA	
Tipo de adquisición	Compra	Renta	Comodato	Préstamo	Cambio
Tipo de función	Analizador de química clínica y electrolitos, multiples tecnologías, colorimetría, cinética, turbidimetría y pontenciometría ICT.				
Descripción del Equipo	Analizador modular de Bioquímica abierto de mediano rendimiento completamente automatizado, que permite un acceso aleatorio y continuo, así como un procesamiento prioritario.				
Capacidad de Desempeño	Ensayos fotométricos 400/Hr, Ensayos ICT 600/Hr, Fotometrico e ICT 800/hr, ensayos individuales 10 minutos.				
Tipo de Consumibles	Reactivo líquidos y/o liofilizados, Cubetas plásticas.				
Requerimientos de Instalación	AC180-264V, 47-63Hz, 12 Amp.				
Requerimientos especiales de ubicación	Espacio suficiente para acceder de forma segura a los interruptores principales, permitir la refrigeración, flujo de aire, enrutamiento de los cables y tubos. Instalación de sistema Hydro (Sistema de agua desionizada)				
Requerimientos Ambientales	Temperatura 15-32 ° C. Humedad relativa 85%				
Herramientas entregadas	Kit de Herramientas para mantenimientos				
Accesorios que acompañan al equipo	Lector de códigos de barras, mouse, monitor, impresora, teclado, UPS				
Documentos	Manual operativo	Ficha técnica	Listado de equipamiento	Póliza de garantía	Otros
Frecuencia Mantenimiento Preventivo			Fecha de Capacitación		
SEMESTRAL			Más reciente: JUNIO-JULIO 2018		
Aprobó el funcionamiento:			Responsable del equipo		